REGIONE PIEMONTE

Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino, 16 LUG. 2014
Protocollo n. 15887/DB2017
Classificazione 14.130.70

Ai Direttori dei SISP delle ASL della Regione Piemonte

LORO SEDI

Oggetto: azioni di vigilanza su solarium. Chiarimenti.

Nel corso dei controlli effettuati dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL, di concerto con il Dipartimento tematico Radiazioni di ARPA Piemonte, sulle apparecchiature solarium a raggi UV utilizzate nei centri di estetica, sono emerse alcune criticità in merito alle dichiarazioni di conformità al DM 12 maggio 2011, n. 110 presentate agli Organi di vigilanza durante le ispezioni.

In particolare come da comunicazione pervenuta da ARPA in data 02/07/2014, si è rilevato che in taluni casi le certificazioni della conformità delle emissioni sono state effettuate con strumenti e metodi di misura non corrispondenti alle prescrizioni riportate nella norma tecnica CEI EN 60335 – 2-27 paragrafo 32.101.

Dal momento che modalità non corrette di misura delle emissioni delle macchine solarium non garantiscono l'effettivo rispetto dei limiti di irradianza prescritti dalla legge, si ritiene che le dichiarazioni di conformità rilasciate in tal modo non costituiscano documento valido per consentire l'utilizzo di tali apparecchiature.

Al fine di garantire la redazione di dichiarazioni di conformità che riportino tutti gli elementi utili a definire le caratteristiche delle apparecchiature, con riferimento in particolare alle esigenze di tutela della salute degli utenti, sono state invitate le Associazioni di categoria interessate, a diffondere tra i propri iscritti un modello di dichiarazione di conformità (che si allega) da utilizzare quale riferimento, al fine di ovviare alle problematiche sopra riportate.

Si sottolinea ai Servizi in indirizzo, la necessità di valutare con attenzione nel corso delle attività di vigilanza, le dichiarazioni di adeguamento alla norma dei solarium, soprattutto in riferimento agli aspetti di maggior rilievo per la tutela della salute degli utenti.

Tali valutazioni rientrano nell'ambito del controllo documentale affidato ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ai fini della verifica della idoneità delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate nei centri di estetica. Si richiama pertanto la necessità di verificare, nel corso delle attività di vigilanza programmate, i diversi aspetti inerenti a quanto sopra richiamato, valutando, in caso di riscontro di situazioni non conformi alla norma, l'eventualità di interventi sanzionatori anche di tipo penale.

Cordiali saluti.

Gianfranco CORGIATTADIA

RP

Via Lagrange, 24 - 10123 TORINO
Tel. (011) 432.15.15 - Fax (011) 432.25.70

PIEMONTE
Arpa
Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale

ALLEGATO

Il presente allegato riporta uno schema dei contenuti di minima che devono essere riportati nelle dichiarazioni di conformità dei solarium al DM 110/11.

Dati identificativi apparecchio

- Marca
- Modello
- Matricola
- Anno costruzione

Descrizione apparato in misura

- N° e tipo di lampade montate
- Per le lampade a bassa pressione deve essere riportato il codice di equivalenza
- Tipologia di filtri
- Eventuali altri componenti montati che possano influire sulle emissioni UV dell'apparecchio (Parabole riflettenti, ecc..)

Descrizione strumento di misura

- Marca e modello dello spettroradiometro utilizzato
- Indicazione delle modalità utilizzate per la taratura dello spettroradiometro
- Informazioni sull'ottica di ingresso dello strumento: risposta angolare e diametro del diffusore o dell'apertura di ingresso
- Larghezza di banda (FWHM) dello strumento
- Passo di acquisizione in lunghezza d'onda utilizzato nel corso della misura

Descrizione delle modalità di misura utilizzate

- Indicazione del punto di misura e dei tempi di attesa dall'accensione delle lampade

Dati Misurati

Devono essere riportati i seguenti dati con indicazione dell'incertezza di misura:
- Irradianza efficace eritemale per lunghezze d'onda comprese tra 250 e 320nm
- Irradianza efficace eritemale per lunghezze d'onda comprese tra 321 e 400nm
- Irradianza efficace non melanoma per lunghezze d'onda comprese tra 250 e 400nm

Informazioni aggiuntive

- Devono essere riportati i programmi di esposizione aggiornati in base ai valori di irradianza misurati.

ARPA Piemonte
Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017
Dipartimento Tematico Radiazioni
Struttura Semplice Radiazioni Non Ionizzanti
Via Jervis 30 - 10015 IVREA (TO) - Tel. 012564511 - Fax 0125645358 - E-mail radiazioni@arpa.piemonte.it